

进口产品论证专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	洛阳市妇幼保健院
拟采购项目名称	洛阳市妇幼保健院婴儿高频呼吸机项目
拟采购项目金额	880000.00 元
采购项目所属项目名称	洛阳市妇幼保健院婴儿高频呼吸机项目
采购项目所属项目金额	880000.00 元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取	
☒ 3. 其他	
原因阐述：目前国内婴儿高频呼吸机生产厂家不能满足临床需求。我院小儿科早产儿，婴幼儿患儿胎龄小，体重轻，需婴儿高频呼吸机支持通气，目前婴儿高频呼吸机不能满足临床需要，无 VG 模式，不利于实施肺保护策略，需购置进口高频婴儿呼吸机。	
三、专家论证意见	
进口婴儿高频呼吸机对早产儿、婴幼儿对呼吸支持通气精度及潮气量，低体重等。高于国内婴儿高频呼吸机参数，故国内婴儿高频呼吸机无法满足临床特殊需求。 建议：购置进口高频婴儿呼吸机	
专家签字：	12月17日 2024年 元月 17 日

进口产品论证专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	洛阳市妇幼保健院
拟采购项目名称	洛阳市妇幼保健院婴儿高频呼吸机项目
拟采购项目金额	880000.00 元
采购项目所属项目名称	洛阳市妇幼保健院婴儿高频呼吸机项目
采购项目所属项目金额	880000.00 元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取	
☒ 3. 其他	
原因阐述：目前国内婴儿高频呼吸机生产厂家不能满足临床需求。我院小儿科早产儿，婴幼儿患儿胎龄小，体重轻，需婴儿高频呼吸机支持通气，目前婴儿高频呼吸机不能满足临床需要，无 VG 模式，不利于实施肺保护策略，需购置进口高频婴儿呼吸机。	
三、专家论证意见 洛阳市妇幼保健院儿科早产儿、婴幼儿及胎龄小体重轻的患儿较常见。目前国内婴儿高频呼吸机的产品不能满足临床需求，不利于急危重症患儿抢救治疗，不利于实施肺保护策略。鉴于以上情况，我建议购置进口婴儿高频呼吸机。 专家签字：朱新民 2024年1月17日	

进口产品论证专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	洛阳市妇幼保健院
拟采购项目名称	洛阳市妇幼保健院婴儿高频呼吸机项目
拟采购项目金额	880000.00 元
采购项目所属项目名称	洛阳市妇幼保健院婴儿高频呼吸机项目
采购项目所属项目金额	880000.00 元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取	
☒ 3. 其他	
原因阐述：目前国内婴儿高频呼吸机生产厂家不能满足临床需求。我院小儿科早产儿，婴幼儿患儿胎龄小，体重轻，需婴儿高频呼吸机支持通气，目前婴儿高频呼吸机不能满足临床需要，无 VG 模式，不利于实施肺保护策略，需购置进口高频婴儿呼吸机。	
三、专家论证意见	
拟采购的产品，没有歧视性、排他性条款，论证过程中体现了“公平、公正”原则，符合相关法律法规规定和要求。	
专家签字：	张丽君（法律）
2024 年 1 月 17 日	

进口产品论证专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	洛阳市妇幼保健院
拟采购项目名称	洛阳市妇幼保健院婴儿高频呼吸机项目
拟采购项目金额	880000.00 元
采购项目所属项目名称	洛阳市妇幼保健院婴儿高频呼吸机项目
采购项目所属项目金额	880000.00 元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取	
☒ 3. 其他	
原因阐述：目前国内婴儿高频呼吸机生产厂家不能满足临床需求。我院小儿科早产儿，婴幼儿患儿胎龄小，体重轻，需婴儿高频呼吸机支持通气，目前婴儿高频呼吸机不能满足临床需要，无 VG 模式，不利于实施肺保护策略，需购置进口高频婴儿呼吸机。	
三、专家论证意见 国内同类产品无VG通气模式，其保障集者潮气量(支持)恒定性，特别是胎龄小，体重轻患儿的通气支持，建议采购进口产品临床满足临床急需。 专家签字： 李川 2024年1月17日	

进口产品论证专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	洛阳市妇幼保健院
拟采购项目名称	洛阳市妇幼保健院婴儿高频呼吸机项目
拟采购项目金额	880000.00 元
采购项目所属项目名称	洛阳市妇幼保健院婴儿高频呼吸机项目
采购项目所属项目金额	880000.00 元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取	
☒ 3. 其他	
原因阐述：目前国内婴儿高频呼吸机生产厂家不能满足临床需求。我院小儿科早产儿，婴幼儿患儿胎龄小，体重轻，需婴儿高频呼吸机支持通气，目前婴儿高频呼吸机不能满足临床需要，无 VG 模式，不利于实施肺保护策略，需购置进口高频婴儿呼吸机。	
三、专家论证意见	
因该院小儿科.婴幼儿患者.胎龄小,体重轻,需更精确的婴(幼)儿高频呼吸机支持通气,目前国产婴儿呼吸机不能满足临床需求,且无VG模式.不利于实施肺保护策略。 建议采购满足临床需求的进口高频婴(幼)儿呼吸机。 专家签字: 吕剑敏 2024 年 元 月 17 日	