

技术参数专家论证签到表

项目名称：洛阳市妇幼保健院辅助生殖、儿童保健专项能力提升项目及危重新生儿诊断救治能力提升项目第七批

采购人：洛阳市妇幼保健院

论证时间：2026年02月04日15时00分

序号	姓名	专家所在单位	职称/专业	联系电话	备注
1	王健强	河南省妇幼保健院	副主任医师	13663715287	
2	邵敏	洛阳市中心医院	副主任医师	15837967719	
3	李敏	河南省妇幼保健院	主任医师	18637967723	
4	高敏	洛阳市中心医院	副主任医师	13837999160	
5	王水飞	河南省妇幼保健院	主任医师	13793795866	

洛阳市妇幼保健院辅助生殖、儿童保健专项能力提升项目及危重新生

儿诊断救治能力提升项目第七批设备技术参数论证报告

一、论证时间及地点

洛阳市妇幼保健院辅助生殖、儿童保健专项能力提升项目及危重新生儿诊断救治能力提升项目第七批设备技术参数论证于 2026 年 02 月 04 日 15:00 在河南瑞珂工程管理有限公司（洛阳市洛龙区东宇大厦 1504 室）进行。

二、论证专家名单

专家姓名	工作单位	职务（职称）	联系电话
李波	河南科技大学第一附属医院	高级工程师	18637967203
郭敏	洛阳市中医院	副高	15837967739
尚敏	洛阳市中心医院	主任医师	13837999160
王小庄	洛阳市市场监管局	律师	13937958660
王健智	河南省洛阳正骨医院	副研究员	13663795287

三、专家论证意见

核磁呼吸机：原 5. 电池续航时间 1 块电池 ≥ 5 小时建议修改为 5. 电池续航时间 ≥ 5 小时

无创氧分压/二氧化碳分压监测仪：原 2.2 监测范围：功率：10-650mW，建议删除。

原 3.10 电极膜薄膜保护技术非裸露，减少数据漂移。建议更改为：▲3.10 提供一次性按压换膜河南省网采截图。

全自动精浆生化：原十、智能 UPS 电源一台

1. 电压范围:120-275V
 2. 输出精度: $\pm 1\%$,
 3. 输出频率:50Hz-60Hz ± 0.5 Hz。
 4. 噪音: ≤ 50 分贝,
- 建议修改为十、智能 UPS 电源一台

1. 功率 ≥ 3000 W
2. 正弦波在线式,
3. 断电后使用 ≥ 1 小时。

原十一、电子天秤一台

1. 精度 0.001g,
 2. 砝码标配 1 个,
 3. 稳定时间 ≤ 6 秒
 4. 称重范围:0-1000g,
- 建议修改为十一、电子天秤一台
1. 精度 0.001g,

邵 王 李 王 高

2. 配备标准砝码 1 套,
3. 稳定时间 ≤ 6 秒
4. 称重范围:0-1000g,

四、专家论证结论

经对技术参数审查后,本项目设备参数无倾向性、排他性、歧视性内容,不存在歧义、重大缺陷等内容,符合相关法律、法规要求。

五、论证专家签字

郭敏 李强 王健智 王峰

河南瑞珂工程管理有限公司

2026 年 02 月 04 日